



Fondazione Istituto
G. Giglio di Cefalù

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

VENTILATORI POLMONARI

Informazioni sulla gara	
ID	49
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Economicamente più vantaggiosa
CPV:	33172100-7
CIG:	7693042317
Tipo di fornitura:	Beni
Atto di riferimento:	PROVVEDIMENTO N. 2018/259 DEL 15/11/2018
RUP:	Antonio Luca Salemi
Responsabile dell'esecuzione del contratto:	ING. GIUSEPPE FATUZZO
Per richiedere informazioni:	VEDASI DISCIPLINARE
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Centro di costo:	Ufficio Acquisti
Destinatario fornitura/servizio:	Ufficio Acquisti
Aggiudicatario:	Burke & Burke S.p.A.
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	211.500,00 €
Data di aggiudicazione:	08 aprile 2019

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	220.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	220.000,00 €
Oneri:	0,00 €
Importo contribuito ANAC:	20,00 €
Garanzia fideiussoria:	4.400,00 €

Criteri punteggio documentazione economica	
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
PREZZO COMPLESSIVO LETTI	
PREZZO COMPLESSIVO LETTI	25.00
Totale criterio	25.00
PREZZO COMPLESSIVO ASSISTENZA TECNICA	
PREZZO COMPLESSIVO ASSISTENZA TECNICA	5.00
Totale criterio	5.00
Totale	30.00

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	20 novembre 2018 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	18 dicembre 2018 13:00:00
Data scadenza:	28 dicembre 2018 13:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa

DGUE

Domanda di partecipazione

Documento di Identità

Contributo ANAC

Cauzione - Fidejussione

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 15.3 DEL DISCIPLINARE

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 15.4 DEL DISCIPLINARE

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 15.5 DEL DISCIPLINARE

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 15.6 DEL DISCIPLINARE

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 15.7 DEL DISCIPLINARE

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 15.8 DEL DISCIPLINARE

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 15.9 DEL DISCIPLINARE

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 15.10 DEL DISCIPLINARE

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 15.11 DEL DISCIPLINARE

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 15.12 DEL DISCIPLINARE

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 15.13 DEL DISCIPLINARE

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 15.14 DEL DISCIPLINARE

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica

DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA

Documentazione gara

DISCIPLINARE DI GARA

Chiarimenti

Domanda	Risposta
<p>1) Relativamente al LOTTO n.6 "Ventilatori polmonari per Rianimazione/Terapia Intensiva", nel capitolato tecnico nella sezione "Caratteristiche tecnico-cliniche" al punto 21 viene richiesto "sensoristica (es.: sensori di flusso, pressione, ecc.), integrata nel corpo macchina, che permetta la ventilazione convenzionale senza la necessità di posizionare strumenti di misura sul circuito paziente o sistema equivalente"; a tal proposito si vuol segnalare che Il campionamento prossimale, nonché l'invasività dello stesso, consente valutazioni avanzate quali il monitoraggio in continuo della meccanica respiratoria, il monitoraggio della capnometria volumetrica e il monitoraggio del segnale elettrodiaframmatico. Richiesta: alla luce di quanto sopra esposto, si chiede quindi di modificare nel capitolato tecnico del LOTTO n.6 "Ventilatori polmonari per Rianimazione/Terapia Intensiva" al punto 21 "sensoristica (es.: sensori di flusso, pressione, ecc.), integrata nel corpo macchina, che permetta la ventilazione convenzionale senza la necessità di posizionare strumenti di misura sul circuito paziente o sistema equivalente" con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensoristica (es.: sensori di flusso, pressione, ecc.) integrata nel corpo macchina o posizionabile sul circuito paziente. 	<p>Si comunica che la stazione appaltante può far ricorso al " principio di equivalenza ", anche se non espressamente previsto dal bando di gara. Tale principio prevede infatti che " non è consentito alle stazioni appaltanti respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche di riferimento, se nell'offerta stessa è data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche. Per "mezzo di prova appropriato" deve intendersi o una documentazione tecnica del fabbricante o di una relazione sulle prove da parte di un organo riconosciuto, da allegare all'offerta con separata dichiarazione. Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che le ditte potranno fornire una " dichiarazione di equivalenza " del proprio prodotto e/o di miglioramento delle prestazioni funzionali, allegata alla documentazione richiesta in capitolato.</p>
Domanda	Risposta
<p>Si chiede gentilmente conferma che sia sufficiente presentare nella documentazione amministrativa solo la "dichiarazione di presa visione del DUVRI allegato alla documentazione di gara" (senza la restituzione dello stesso debitamente compilato).</p>	<p>Si conferma quanto prospettato.</p>

Criteri punteggio documentazione tecnica

Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
VENTILATORI POLMONARI PER RIANIMAZIONE/TERPAI INTENSIVA	
VENTILATORI POLMONARI PER RIANIMAZIONE/TERPAI INTENSIVA	70.00
Totale criterio	70.00
Totale	70.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica

DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI DI CUI AL PUNTO 16 DEL DISCIPLINARE DI GARA
--