



Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

noleggio apparecchiature per il Servizio di Gastroenterologia

Informazioni sulla gara	
ID	87
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Economicamente più vantaggiosa
CIG:	776937965F
Tipo di fornitura:	Servizi
Atto di riferimento:	PROVVEDIMENTO Prot. n.140 del 05/02/219
RUP:	Antonella La Barbera
Responsabile dell'esecuzione del contratto:	Direttore dell'esecuzione del contratto per le apparecchiature a noleggio: Ing. Andre a Rappazzo dell'Ingegneria Clinica; Direttore dell'esecuzioni per i dispositivi del lotto n. 2: il Responsabile del Servizio di Farmacia, Dott. Carmelo Di Giorgio
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Centro di costo:	Ufficio Acquisti
Destinatario fornitura/servizio:	Ufficio Acquisti
Aggiudicatario:	FUJIFILM ITALIA SPA
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	330.190,00 €
Data di aggiudicazione:	13 settembre 2019

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	530.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	530.000,00 €
Oneri:	0,00 €
Importo contributo ANAC:	70,00 €
Garanzia fideiussoria:	10.600,00 €

Criteria punteggio documentazione economica	
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
prezzo	
prezzo	30.00
Totale criterio	30.00
Totale	30.00

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	06 febbraio 2019 18:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	08 marzo 2019 13:00:00
Data scadenza:	18 marzo 2019 13:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
documentazione amministrativa richiesta
DGUE editabile

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
offerta economica

Documentazione gara
capitolato speciale lotto n. 1

Chiarimenti

Domanda	Risposta
<p>buon giorno, in merito al lotto nr. 1 si richiede il seguente chiarimento nr. 1: In riferimento al documento Capitolato Speciale Lotto 1.1, Art. 4 BIS - Caratteristiche Tecniche specifiche della fornitura: REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE, Punteggi relativi al modulo fonte luce, pag. 14 al fine di garantire la più ampia partecipazione e la maggiore oggettività possibile nell'assegnazione del punteggio tecnico di gara si chiede a codesto spett.le Ente di stralciare dai requisiti oggetto di valutazione la dicitura "con tecnologia a LED" identificabile (anche se in modo diverso) due specifiche aziende. Si chiede altresì lo stralcio in quanto, a nostra conoscenza non sono valutabili differenze di qualità d'illuminazione provenienti da gruppi illuminanti LED o tradizionali XENON. in attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.</p>	<p>Su indicazione del Responsabile dell'U.O. di Endoscopia Digestiva e del Servizio di Ingegneria clinica si conferma quanto richiesto nel capitolato</p>
Domanda	Risposta
<p>buon giorno, in merito al lotto nr. 1 si richiede il seguente chiarimento nr. 2: In riferimento al documento Capitolato Speciale Lotto 1.1, Art. 4 BIS - Caratteristiche Tecniche specifiche della fornitura: REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE, Punteggi relativi a: Videoprocessore Monitor televisivo per bioimmagini Videocolonscopio Videocolonscopio pediatrico VideogastroscoPIO Videoduodenoscopia VideogastroscoPIO a doppio canale pag. 13-18 al fine di garantire la più ampia partecipazione e la maggiore oggettività possibile nell'assegnazione del punteggio tecnico di gara si chiede a codesto spett.le Ente di stralciare dai requisiti oggetto di valutazione la dicitura "Definizione Ultra HD 4K" che per quanto di nostra conoscenza è una caratteristica tecnica relativa al videoprocessore di immagini endoscopiche di una specifica azienda sul mercato. in attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.</p>	<p>Su indicazione del Responsabile dell'U.O. di Endoscopia Digestiva e del Servizio di Ingegneria clinica la dicitura "Definizione Ultra HD 4K" è da intendere come "Definizione Full HD"</p>
Domanda	Risposta
<p>buon giorno, in merito al lotto nr. 1 si richiede il seguente chiarimento nr. 3: In riferimento al documento Capitolato Speciale Lotto 1.1, Art. 4 BIS - Caratteristiche Tecniche specifiche della fornitura: REQUISITI MINIMI, Videoduodenoscopia, pag. 11 al fine di garantire la più ampia partecipazione e la maggiore oggettività possibile nell'assegnazione del punteggio tecnico di gara si chiede a codesto spett.le Ente di stralciare dai requisiti minimi la dicitura "con possibilità di visualizzazione HD" in quanto caratteristica peculiare di prodotto di un unico competitor sul mercato dell'endoscopia digestiva. in attesa di un cortese riscontro, si</p>	<p>Su indicazione da parte del Responsabile dell'U.O. di Endoscopia Digestiva e del Servizio di Ingegneria Clinica si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico. Verrà valutata dalla commissione di gara ogni possibilità offerta che soddisfi quanto richiesto secondo il principio di equivalenza, così come specificato dalla norma in materia di appalti e riportato nel capitolato.</p>

porgono cordiali saluti.	
Domanda	Risposta
<p>buon giorno, in merito al lotto nr. 1 si richiede il seguente chiarimento nr. 4: In riferimento al documento Capitolato Speciale Lotto 1.1, Art. 4 BIS - Caratteristiche Tecniche specifiche della fornitura: REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE, Punteggi relativi a: Videocolonscopio Videocolonscopio pediatrico VideogastroscoPIO Videoduodenoscopia VideogastroscoPIO a doppio canale pag. 13-19 al fine di garantire la più ampia partecipazione e la maggiore oggettività possibile nell'assegnazione del punteggio tecnico di gara si chiede a codesto spett.le Ente di meglio chiarire il significato della dicitura oggetto di valutazione "Tipologia costruttivasarà attribuito un punteggio migliore a quelle aziende che offrono un prodotto che presenta migliori caratteristiche costruttive". Si vuole portare all'attenzione di questo spett.le Ente che qualora si facesse riferimento a caratteristiche costruttive specifiche alcune di esse sono coperte da segreto industriale e/o aziendale quindi non divulgabili. in attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.</p>	<p>Su indicazione da parte del Responsabile dell'U.O. di Endoscopia Digestiva e del Servizio di Ingegneria Clinica si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico</p>
Domanda	Risposta
<p>1 In riferimento al documento "DISCIPLINARE DI GARA" - Art. 12 – Pag. 13 - Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara - "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana", si chiede conferma al Vs. Spett.le Ente che le certificazioni possano essere inserite in documentazione di gara in lingua inglese, ovvero la lingua originale del mandatario. Tale richiesta è relativa limitatamente alle certificazioni CE, alle dichiarazioni di conformità del prodotto, all'elenco degli studi clinici ed ai depliant illustrativi. 2 In riferimento al documento "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" – Art. 3 "Caratteristiche generali della fornitura" – Pag. 5 ""sistemi Medisadis della Medivators", si chiede al Vs. Spett.le Ente di indicare il numero delle macchine e delle vasche presenti in reparto. 3 In riferimento ai documenti o "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" – Art. 4 – "Caratteristiche tecniche specifiche della fornitura: REQUISITI MINIMI" – Modulo videoprocessore – Pag. 6 – "Deve offrire la possibilità di effettuare i controlli remoti da endoscopia, per il comando di: sistema per irrigazione/aspirazione" o "Scheda di presentazione offerte tecniche lotto 1" – Pag. 1 e 2 - Modulo videoprocessore - "Deve offrire la possibilità di effettuare i controlli remoti da endoscopia, per il comando di: sistema per irrigazione/aspirazione" si</p>	

chiede al Vs. Spett.le Ente, al fine di permettere la partecipazione delle aziende concorrenti, di eliminare la richiesta "possibilità di effettuare i controlli remoti da endoscopio, per il comando di: sistema per irrigazione" in quanto trattasi di un sistema commercializzato da un'unica azienda. 4 In riferimento ai documenti "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" – Art. 4 – "Caratteristiche tecniche specifiche della fornitura: REQUISITI MINIMI" – Sistema per irrigazione – Pag. 8 – "Dotato di sistemi di allarmi/sicurezza" "Scheda di presentazione offerte tecniche lotto 1" – Pag. 3 – Sistema per irrigazione - "Dotato di sistemi di allarmi/sicurezza" si chiede al Vs. Spett.le Ente, al fine di permettere la partecipazione delle aziende concorrenti, di eliminare la richiesta "Dotato di sistemi di allarmi/sicurezza". 5 In riferimento ai documenti "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" – Art. 4 – "Caratteristiche tecniche specifiche della fornitura: REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE" – Modulo videoprocessore – Pag. 14 "Parametri di valutazione lotto n.1 e lotto n.2" – Pag. 1 e 2 – Modulo videoprocessore SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTE TECNICHE Lotto n.1 – "REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NOLEGGIO" – Modulo videoprocessore Richiesta: "Allegare a supporto di quanto dichiarato delle stampe, recente, ad alta risoluzione, su carta fotografica, di un tratto di colon e dello stomaco, con la funzione di cromoendoscopia" poiché, come riportato nel art. 12 del capitolato tecnico a pag. 12, trattasi di una gara telematica, si chiede conferma al Vs. Spett.le Ente che trattasi di refuso e che tali immagini debbano essere allegate alla documentazione relativa all'offerta tecnica di gara in formato elettronico. 6 In riferimento ai documenti "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" – Art. 4 – "Caratteristiche tecniche specifiche della fornitura: REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE" SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTE TECNICHE Lotto n.1 – "REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NOLEGGIO" "Parametri di valutazione lotto n.1 e lotto n.2" Punti: • Modulo videoprocessore – "Dotato di uscita di trasmissione video Ultra HD 4K" • Modulo televisivo per bioimmagini – "Risoluzione Ultra HD 4K" si chiede al Vs. Spett.le Ente di confermare che tali parametri di valutazione siano refusi provenienti da gare per sistemi di endoscopia rigida. Si chiede dunque di modificare, in tutti i sopra citati documenti, la richiesta "Definizione Ultra HD 4K" con la dicitura "Definizione dell'immagine Full-HD". 7 In riferimento ai documenti o "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" – Art. 4 – "Caratteristiche tecniche specifiche della fornitura: REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE" SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTE TECNICHE Lotto n.1 – "REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NOLEGGIO" "Parametri di valutazione lotto n.1 e lotto n.2" Punti: • Videocolonscopio – "Definizione

Su indicazione del Responsabile dell'U.O.di Endoscopia Digestiva e del Servizio di Ingegneria clinica si risponde come di seguito:

- 1) Le certificazioni possano essere inserite in documentazione di gara in lingua originale del mandatario, purchè accompagnate da traduzione preferibilmente in lingua italiana o almeno in lingua inglese;
- 2) ci sono n.2 macchine, ciascuna con una vasca;
- 3) Si acconsente di eliminare dai requisiti minimi la richiesta "possibilità di effettuare i controlli remoti da endoscopio, per il comando di: sistema per irrigazione" e si chiede di considerare la caratteristica richiesta tra i requisiti oggetto di valutazione alla voce "Indicare ulteriori speciali funzioni..."
- 4) si conferma quanto richiesto in capitolato;
- 5) Le immagini debbono essere allegate alla documentazione relativa all'offerta tecnica di gara in formato elettronico;
- 6) La dicitura "Definizione Ultra HD 4K" è da intendere come "Definizione Full HD";
- 7) La dicitura "Definizione Ultra HD 4K" è da intendere come "Definizione Full HD";
- 8) Deve consentire di stampare ad alta definizione

Ultra HD 4K” • Videocolonscopio pediatrico –
 “Definizione Ultra HD 4K” • Videogastrosco-
 pio – “Definizione Ultra HD 4K” • Videoduodenosco-
 pio – “Definizione Ultra HD 4K” • Videogastrosco-
 pio a doppio canale – “Definizione Ultra HD 4K” si chiede
 al Vs. Spett.le Ente di confermare che tali parametri
 di valutazione siano refusi provenienti da gare per
 sistemi di endoscopia rigida. Si chiede dunque di
 modificare, in tutti i sopra citati documenti, la
 richiesta “Definizione Ultra HD 4K” con la dicitura
 “Immagine ad alta definizione”. 8 In riferimento ai
 documenti "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO"
 – Art. 4 – “Caratteristiche tecniche specifiche della
 fornitura: REQUISITI MINIMI” – Stampante
 medica- le – Pag. 8 – “A colori, formato A6, digitale, a
 trasferimento termico” SCHEDA DI
 PRESENTAZIONE OFFERTE TECNICHE Lotto n.1
 – “REQUISITI MINIMI RELATIVI AL SERVIZIO DI
 NOLEGGIO” – Stampante medica- le – Pag. 3 – “A
 colori, formato A6, digitale, a trasferimento termico”
 si chiede al Vs. Spett.le Ente se con stampante
 digitale si intenda un prodotto che si collega
 esclusivamente tramite interfaccia USB o,
 alternativamente, un prodotto con numerose
 interfacce in grado di trasferire segnali in alta
 risoluzione e segnali meno recenti.

Criteria punteggio documentazione tecnica	
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
qualità	
qualità	70.00
Totale criterio	70.00
Totale	70.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
documentazione tecnica richiesta
scheda offerta tecnica lotto n.1