



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO INTEGRATO PER TERAPIA INTENSIVA/COMPLESSO OPERATORIO. Gara n° 7326128. Verbale apertura buste tecniche sul portale telematico della Fondazione denominato "Acquistitelematici.it". Prima seduta riservata.

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di Luglio, alle ore 12:00 presso la Sala Riunioni San Gabriele della Fondazione, è presente la Commissione di gara nominata con prot. UP2019/4271U del 03/06/2019, a seguito di sorteggio avvenuto in data 27/05/2019 presso la sezione provinciale UREGA Ragusa:

- Dott. Giovanni Malta, Presidente;
- Dott. Santi Maurizio Raineri, Componente Tecnico esperto;
- Avv. Andrea Di Mauro, Componente Esperto in materie giuridiche;

Si richiama il verbale di seduta pubblica del giorno 11/07/2019 ore 11:05 con il quale la commissione determinava di procedere in seduta riservata all'apertura e verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte Ultramed Srl e Sifem medical S.r.l. Prima dell'inizio della seduta il RUP della procedura ha proceduto a scaricare tutta la documentazione tecnica presentata dagli O.E. partecipanti ed a metterla a disposizione della Commissione su supporto informatico.

La Commissione inizia la visione dell'offerta tecnica della ditta **Sifem medical S.r.l.**, rilevando che dalla scheda di presentazione offerta tecnica, denominata dalla ditta "Documento Comparazione Capitolato" non si evince chiaramente se la ditta sia o meno in possesso dei seguenti requisiti:

1) Nella parte relativa alle Condizioni di Fornitura ed assistenza tecnica full risk, punto 1, lettera f) ("*Si considerano incluse nella fornitura anche eventuali danni accidentali ad esclusione di eventi riconducibili a dolo*") la ditta non riscontra in alcun modo quanto richiesto dalla Fondazione nel capitolato tecnico di gara. Conseguentemente la Commissione chiede al RUP di acquisire dalla ditta una dichiarazione a chiarimento, nella quale si specifichi esattamente in quale parte della documentazione tecnica presentata in gara dalla ditta si possa evincere il possesso del requisito di cui sopra.

2) Nella parte relativa Condizioni di Fornitura ed assistenza tecnica full risk, punto 7 ("*Assistenza tecnica da remoto (teleassistenza)...*") la ditta dichiara di garantire il servizio di assistenza tecnica da remoto "limitatamente alle apparecchiature che lo consentono". Conseguentemente la Commissione chiede al RUP di acquisire dalla ditta una dichiarazione, nella quale si chiarisca se la ditta sia in grado di offrire il servizio di assistenza tecnica da remoto per tutte le apparecchiature oggetto di fornitura.

3) Nella parte relativa Condizioni di Fornitura ed assistenza tecnica full risk, punto 8 ("*garanzia, senza alcun aggravio di spesa dell'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo...*") , la ditta dichiara di offrire tale garanzia, ma limitatamente agli aggiornamenti "che non causino conflitto". Conseguentemente la Commissione chiede al RUP di acquisire dalla ditta una dichiarazione, nella quale si chiarisca se la ditta sia in grado di offrire il servizio di aggiornamento hardware e software per tutta la durata del periodo di garanzia per tutte le apparecchiature oggetto di fornitura senza alcuna limitazione e incondizionatamente.

Conseguentemente, la Commissione si riserva di valutare la conformità dell'offerta tecnica presentata dalla ditta Sifem Medical S.r.l. solo a seguito dell'acquisizione di quanto sopra da parte del RUP.

La Commissione sospende la seduta per una breve pausa alle ore 14:00.

La Commissione riprende i lavori alle ore 14:30.

La Commissione inizia la visione dell'offerta tecnica della ditta **Ultramed S.r.l.**, rilevando che dalla scheda di presentazione offerta tecnica non si evince chiaramente se la ditta sia o meno in possesso del seguente requisito relativo alle caratteristiche minime del Monitor Unità Risveglio/Riabilitazione, punto 3) lettera c) ("*Temperatura corporea*") : la ditta non riscontra in alcun modo quanto richiesto dalla Fondazione nel capitolato tecnico di gara. Conseguentemente la Commissione chiede al RUP di acquisire dalla ditta una dichiarazione a chiarimento, nella quale si specifichi esattamente in quale parte della documentazione tecnica presentata in gara dalla ditta si possa evincere il possesso del requisito di cui sopra.

Conseguentemente, la Commissione si riserva di valutare la conformità dell'offerta tecnica presentata dalla ditta Ultramed S.r.l. solo a seguito dell'acquisizione di quanto sopra da parte del RUP.

Si prega il RUP, ove possibile, di acquisire i suddetti chiarimenti entro la prossima seduta di gara in sessione riservata, che viene fissata sin d'ora al giorno 22 Luglio ore 10:00 presso l'ufficio del Dott. Malta e di volere acquisire da parte delle ditte partecipanti la disponibilità ad effettuare una dimostrazione pratica dei prodotti offerti in gara il giorno 22 luglio, a partire dalle ore 12.00, presso la Sala Riunioni della Terapia Intensiva (terzo piano). Del che il presente verbale chiuso alle ore 15:30

Il Presidente

Dott. Giovanni Malta

Componente Tecnico esperto

Dott. Santi Maurizio Raineri

Componente Esperto giuridico

Avv. Andrea Di Mauro